



ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ B๒๒/๒๕๖๔
(เลขที่โครงการในระบบ e-GP ๖๓๑๒๗๒๘๔๐๗๖)

.....

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ และกำหนดยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และได้ตรวจสอบระบบมีผู้รับประกาศ/ซื้อเอกสาร จำนวน ๒ ราย พร้อมจัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กรุงเทพฯ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรัล Wachirintorn)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บันทึกข้อความ

เลขที่โครงการในระบบ e-GP

๖๓๑๒๗๒๔๔๐๗๖

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ภายใน ๖๔๔๓๒๖

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔/๐๗๖๓

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อธิการบดี

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน ๕,๑๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ B๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และได้ตรวจสอบระบบมีผู้รับประกาศ/ซื้อเอกสาร จำนวน ๒ ราย พร้อมจัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท ไทยยูนิค จำกัด
๒. บริษัท ชายน้เทศ จำกัด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทั้ง ๒ ราย เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เมื่อพิจารณาคูณสมบัติด้านเทคนิครายละเอียดข้อกำหนดแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติทั้ง ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ไทยยูนิค จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด
ขอบเขตงาน ดังนี้

ข้อ ๔.๒.๕ มีชุดทำปฏิกิริยาเคมี (Chemistry Module) ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างตัวอย่างกับสารเคมี จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ตัวแปร (parameter) ไม่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา

ข้อ ๔.๒.๖ พื้นที่รองรับชุดทำปฏิกิริยาเคมีสำหรับการวิเคราะห์อย่างน้อย ๗ ตัวแปร ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนตัวแปรที่วิเคราะห์ได้

ข้อ ๔.๒.๘ วิธีวิเคราะห์ไม่ตรงกับที่กำหนดใน TOR

ข้อ ๔.๒.๙ มีฝาครอบพลาสติกใสคุณภาพสูง ป้องกันการเกิดการกระแทกกับชุดปฏิกิริยาเคมี ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ ไม่มีรายละเอียดคุณภาพพลาสติกฝาครอบเครื่อง

/ข้อ ๕.๖ มีชุดอุปกรณ์...

ข้อ ๕.๖ มีชุดอุปกรณ์ที่ให้ตัวอย่างไหลผ่านเพื่อตรวจวัด (Flow cell) และแผ่นกรอง (Filter) สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกในการดูแลรักษา และ ข้อ ๕.๗ สามารถเลือกชนิดแผ่นกรอง (Filter) เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทางเคมีได้ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า ๓๔๐-๓๘๘๐ นาโนเมตร ไม่มีรายละเอียดแผ่นกรอง

๒. บริษัท ชायน์เทค จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด
ขอบเขตงาน ดังนี้

ข้อ ๔.๑.๑ สามารถป้อนตัวอย่างแบบเรียงตามลำดับและแบบกำหนดตำแหน่งควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องการเรียงลำดับและการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน

ข้อ ๔.๒.๙ มีฝาครอบพลาสติกใสคุณภาพสูง ป้องกันการเกิดการกระแทกกับชุดปฏิกิริยาเคมี ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ ไม่มีรายละเอียดคุณภาพพลาสติกฝาครอบเครื่อง

ข้อ ๕.๖ มีชุดอุปกรณ์ที่ให้ตัวอย่างไหลผ่านเพื่อตรวจวัด (Flow cell) และแผ่นกรอง (Filter) สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกในการดูแลรักษา และ ข้อ ๕.๗ สามารถเลือกชนิดแผ่นกรอง (Filter) เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทางเคมีได้ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า ๓๔๐-๓๘๘๐ นาโนเมตร ไม่มีรายละเอียดแผ่นกรอง

ข้อ ๖.๕ มีระบบการปรับแก้ค่าเส้นสัญญาณค่าปกติ (base line) และการเปลี่ยนความไวของสัญญาณได้โดยอัตโนมัติ (sensitivity drift) ไม่มีรายละเอียดของ sensitivity drift

ข้อ ๖.๖ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของพีคและการแก้ไขข้อมูลของพีคได้ในระหว่างการวิเคราะห์ ข้อเสนอความหมายต่างจากในขอบเขตของงาน TOR (ไม่ชัดเจน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้ และจะดำเนินการโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับเอกสารประกวดราคาทั้ง ๒ ราย สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประกวดราคาครั้งใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายศุภสิทธิ์ สถาปนจารุ)

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางปิยาภรณ์ สมสมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางสมพิศ ชยันโต)

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายธนศักดิ์ ช้างเยาว์)